

# PYTANIE

## CZĘŚĆ 2

***Dostawa chromatografu cieczowego wyposażonego w detektory: spektrometryczne z matrycą diodową, fluorescencyjny i światła rozproszonego***

*„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kolektora frakcji z maksymalnym czasem poruszania się między sąsiednimi naczynkami w osi  $x < 0,15$  s ?”*

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kolektora frakcji z maksymalnym czasem poruszania się między sąsiednimi naczynkami w osi  $x < 0,15$  s