

ZMIANA:

Rozdział 8 pkt 8.1. ppkt 2 c) Część 2 (str. 19 SIWZ)

było:

Wykonawca powinien wykazać się (przez dostarczenie protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) instalacjami na terenie Polski, w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025, w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym: co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem olfaktometrycznym oraz co najmniej dwoma instalacjami układów GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i GC-MS z portem olfaktometrycznym, na dowód czego wypełni formularz „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”, stanowiący załącznik nr 5

winno być:

Wykonawca powinien wykazać się instalacjami na terenie Polski (przez dostarczenie protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) w ciągu ostatnich:

- 3 lat, co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem olfaktometrycznym w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025,
- 5 lat, co najmniej dwoma układami GCMS z przystawką do desorpcji termicznej i co najmniej dwoma układami GCMS z portem olfaktometrycznym w laboratoriach pracujących zarówno w systemie ISO 17025 jak również w innych systemach jakości np. HACCP/ISO 22000:2005, laboratoriach uczelni wyższych oraz instytutów badawczych,

na dowód czego wypełni formularz „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”, stanowiący załącznik nr 5

Rozdział 9 ppkt 1.6.3 c) dla Część 2 (str. 22 SIWZ)

było:

c) dla części 2: „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z protokołami odbioru lub innymi odpowiednimi dokumentami, potwierdzający instalację systemów na terenie Polski, w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025, w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym: co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem olfaktometrycznym oraz co najmniej dwoma instalacjami układów GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i GC-MS z portem olfaktometrycznym.

winno być:

c) dla części 2: „WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOSTAW”, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca powinien wykazać się instalacjami na terenie Polski (przez dostarczenie protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) w ciągu ostatnich:

- 3 lat, co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem olfaktometrycznym w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025,
- 5 lat, co najmniej dwoma układami GCMS z przystawką do desorpcji termicznej i co najmniej dwoma układami GCMS z portem olfaktometrycznym w laboratoriach pracujących zarówno w systemie ISO 17025 jak również w innych systemach jakości np. HACCP/ISO 22000:2005, laboratoriach uczelni wyższych oraz instytutów badawczych.

Załącznik nr 5 do SIWZ ZP-141/2017 dot. Części 2 (str. 51 SIWZ)

było:

Wykonawca powinien wykazać się (przez dostarczenie protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) instalacjami na terenie Polski, w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025, w ciągu ostatnich 3 lat, przy czym: co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem olfaktometrycznym oraz co najmniej dwoma instalacjami układów GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i GC-MS z portem olfaktometrycznym.

winno być:

Wykonawca powinien wykazać się instalacjami na terenie Polski (przez dostarczenie protokołów odbioru urządzenia lub innych odpowiednich dokumentów) w ciągu ostatnich:

- 3 lat, co najmniej jedną dla systemu GC-MS z przystawką do desorpcji termicznej i portem olfaktometrycznym w laboratoriach posiadających akredytację zgodnie z systemem jakości ISO 17025,
- 5 lat, co najmniej dwoma układami GCMS z przystawką do desorpcji termicznej i co najmniej dwoma układami GCMS z portem olfaktometrycznym w laboratoriach pracujących zarówno w systemie ISO 17025 jak również w innych systemach jakości np. HACCP/ISO 22000:2005, laboratoriach uczelni wyższych oraz instytutów badawczych.

Rozdział 17 pkt 1 (str. 29 SIWZ)

było:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 - nie później niż do godz. **10:00** w dniu **30.08.2017 r.** w pokoju **303**.

winno być:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 - nie później niż do godz. **10:00** w dniu **01.09.2017 r.** w pokoju **303**.

Rozdział 18 pkt 1 (str. 29 SIWZ)

było:

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w obecności Wykonawców, którzy przybędą o godz. **10:30** w dniu **30.08.2017 r.** do pokoju **305** w siedzibie Zamawiającego.

winno być:

1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w obecności Wykonawców, którzy przybędą o godz. **10:30** w dniu **01.09.2017 r.** do pokoju **305** w siedzibie Zamawiającego.